

## 单一来源采购专业人员论证意见

主管预算单位/ 区县财政部门 (盖章)	叙永县财政局
采购单位 (盖章)	叙永县人民医院
项目名称	叙永县人民医院飞利浦 DSA 机架控制接口盒采购项目
采用单一来源 采购方式的原 因及说明	<p>1.本次申请采购进口 DSA 运动接口板 GEO IO BOX 主要用于我院目前正在使用的飞利浦数字减影血管造影技术 DSA (Allura Xper FD20) 设备。该设备于 2020 年购置, 设备配备的运动接口板 GEO IO BO 已坏导致床运动无法锁定无法正常手术, 急需购置新配件进行更换。</p> <p>2.医院使用的 DSA 运动接口板 GEO IO BOX, 是飞利浦公司研发生产为原装进口配件, 配件和软件升级只有原厂才能提供相关维修服务, 且 DSA 属于大型高精密医疗设备, 是检查病情的精密仪器, 应用了专业性很强的高新技术, 安全性能极为重要, 需原厂同型号配件才能匹配和兼容。</p> <p>3.飞利浦公司是该设备的生产商, 也是中国境内飞利浦设备唯一指定的正规售后服务来源, 具有该设备的研发、生产及售后服务全套技术。由于飞利浦公司独有的核心专利技术运用在此设备上, 能够保证维修更换的备件都是原厂崭新零备件、符合中华人民共和国医疗器械注册证规定, 在核心及关键备件上有质量保障。其他第三方设备有局限性, 无论从工具、零配件和技术上都是无法独立完成。</p> <p>4.根据中华人民共和国政府采购法实施条例第二十七条“货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术, 导致只能从某一特定供应商处采购”的规定, 该配件只能从飞利浦公司购买因此为保障医院设备合规安全使用, 拟采用单一来源采购方式。</p> <p>基于以上原因, 该 DSA 运动接口板 GEO IO BOX 只能从飞利浦</p>

	<p>浦公司购买，故国内市场上没有能替代使用的其他配件。飞利浦生产的 DSA 运动接口板 GEO IO BOX 为原装进口配件，才能在介入治疗中达到飞利浦数字减影血管造影技术 DSA（Allura Xper FD20）设备需要的技术要求。综上该配件由飞利浦公司生产，“成都朴维电子科技有限公司”是其指定的在四川省内泸州地区唯一合法授权代理商，故该项目拟申请采用单一来源采购方式从成都朴维电子科技有限公司采购本次服务。</p>
--	--

专业人员  
论证意见

该院原有DSA运动接口板GEO IO BOX是飞利浦数字减影血管造影设备Allura Xper FD20的配件。为保证原设备匹配和兼容，必须采购原设备的配件。其他设备无法满足技术要求。符合政府采购法实施条例第二十条：“货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购”的要求。建议采用单一来源的方式，从“成都朴维电子科技有限公司”处采购。该供应商是四川省内泸州地区唯一合法授权代理商。具备政府采购的相关资格要求。

专家签字：

金葵

姓名	金葵	工作单位	泸州五洲资产管理有限责任公司	职称	工程师	专业	自动化
----	----	------	----------------	----	-----	----	-----



专业人员 论证意见	<p>叙永县人民医院于2020年购置数字减影血管成像系统(DSA),目前该设备原装机架控制盒损坏,须购置新配件进行更换。</p> <p>由于该设备厂家飞利浦公司产品为原装进口,涉及配件更换、系统升级等只有原厂才能提供相关售后服务,原厂配件方可匹配与兼容,同时,该设备为大型精密医疗设备,专业性非常强,数据安全、性能安全极为重要。</p> <p>飞利浦公司独有的核心技术,同时为保障医疗器械注册规定,以及原厂备件的质量保障,须从飞利浦公司原厂采购该配件。</p> <p>符合《政府采购法》“只能从唯一供应商处采购”的规定,建议采用单一来源采购的方式执行。</p> <p>由于成都朴维电子科技有限公司是飞利浦公司在四川泸州地区唯一合法授权代理商,建议从单一来源采购方式从该公司处采购本次维修服务。</p> <p>专家签字: 曾理</p>						
	姓名	曾理	工作单位	社区医院	职称	高级	专业

专业人员  
论证意见

该线路有飞利浦数字减影血管造影技术DSA CA11u  
ra Xper HD20), 其配件为连接板 GEO 20 B0 已拆。  
为确保该设备安全、稳定运行, 必须使用原厂同型号配件。  
成都朴维电子科技有限公司是飞利浦中国区  
地区唯一合法授权代理商。产品系列, 又该配件  
均具有唯一性。故建议利月单一采购, 以利。

专家签字:

姓名	魏红	工作单位	西华医院	职称	高工	专业	医疗
----	----	------	------	----	----	----	----

论证日期: 2026年 4 月 22 日



## 四川省政府采购评审专家



姓名：金葵

身份证号：510502196811272518

证书编号：SC2307830

当前状态：资格正常

职称信息：工程师

本证书由四川省财政厅颁发，表明持证人具备四川省政府采购评审专家评审资格。此证书信息来自评审专家库，相关信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。网络验证的唯一合法网站为：四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）。







## 四川省政府采购评审专家



姓名：李亚玲

身份证号：511011197909232965

证书编号：SC2315636

当前状态：资格正常

职称信息：主任药师

本证书由四川省财政厅颁发，表明持证人具备四川省政府采购评审专家评审资格。此证书信息来自评审专家库，相关信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。网络验证的唯一合法网站为：四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）。





## 四川省政府采购评审专家



姓名：曾理

身份证号：510502198403270416

证书编号：SC2313949

当前状态：资格正常

职称信息：高级工程师

本证书由四川省财政厅颁发，表明持证人具备四川省政府采购评审专家评审资格。此证书信息来自评审专家库，相关信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。网络验证的唯一合法网站为：四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）。

